

Lituo COVID-19 Antigen-Schnelltest



Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut

Anwendungsbereich	Für die professionelle Anwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen aus dem vorderen oder tiefen Nasenhöhlenbereich.
Ergebnis	Nach 10 - 15 Minuten
Handhabung	Schnell & einfach
Verpackungseinheit	25er
Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI)	Ja
Pufferlösung	In Probenentnahmeröhrchen enthalten
Haltbarkeit	12 Monate nach Herstellungsdatum
Lagerung	Bei 4°C-30°C
Gesamt Sensitivität	72,0%
BfArM gelistet	Ja
Test-ID	AT542/21
Mindestabnahmemenge	1200 Stück