

SD Biosensor SARS-CoV-2- Antigen-Schnelltest



Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut

Anwendungsbereich	Zur Eigenanwendung im vorderen Nasenbereich
Ergebnis	Nach 15 Minuten
Handhabung	Einfach & schmerzfrei
Verpackungseinheit	25er
Validiert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI)	Nein
Pufferlösung	In Probenentnahmeröhrchen enthalten
Haltbarkeit	12 Monate nach Herstellungsdatum
Lagerung	Bei 2°C-30°C
Gesamt Sensitivität	66,0%
BfArM gelistet	Ja
Test-ID	AT022/20